

Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100462-V1-19

Señores:
LECIV

Bogotá

MAQUINA ACOMPRESIÓN ELECAV
MODELO:
SERIAL:

Fecha de ejecución: 18 OCTUBRE del 2019

LABORES EJECUTADAS:

Mantenimiento preventivo de maquina a compresión de cilindros realizando limpieza y descontaminación general, verificación de la línea eléctrica 110 VAC, revisión del sistema hidráulico verificando el estado del aceite NO SE REQUIERE EL CAMBIO, ajuste de acoples de mangueras limpieza del sistema electrónico, revisión del sistema mecánico realizando lubricación de sistema de rotulación encontrando desgaste en la parte cóncava de la rotula por tal motivo genera ruido en la ejecución del ensayo, se realiza ajuste de lecturas con celda patrón entregando el equipo con un error no mayor del 1%.

RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimiento en un periodo no mayor a un año.
- Realizar cambio de aceite en el próximo mantenimiento


Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100462-V1-19

- Realizar lubricación periódica al sistema de rotulación

IMÁGENES DEL MANTENIMIENTO



Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100462-V1-19



Cordialmente.

Ing, Oscar Bravo

Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100462-V1-19