

Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100463-V1-19

Señores:
LECIV

Bogotá

MAQUINA ACOMPRESIÓN PINZUAR

MODELO:

SERIAL:

Fecha de ejecución: 18 OCTUBRE del 2019

LABORES EJECUTADAS:

Mantenimiento preventivo de maquina a compresión realizando limpieza y descontaminación general, revisión del sistema eléctrico verificando el voltaje de entrada 110VAC, revisión del sistema hidráulico realizando cambio de aceite referencia ISO 68, limpieza de la bomba de inyección, descontaminación del tanque, instalación de tapa del tanque con sellante de silicona para garantizar fugas, ajuste de acoples de mangueras, revisión del sistema mecánico de rotulación realizando lubricación, limpieza y acondicionamiento de sistema eléctrico, instalación de indicador digital maraca Lexus matrix realizando ajuste con celda patrón.

RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimiento en un periodo no mayor a un año.
- Realizar lubricación periódica al sistema de rotulación

IMÁGENES DEL MANTENIMIENTO



Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100463-V1-19



Cordialmente.

Ing, Oscar Bravo

Informes de Mantenimiento Preventivo ITM 100463-V1-19